

INFORMAZIONE PER L'ORDINE

Formato	Codice	Composizione
Kit 1 x 2000 mL	[REF] FOB760659	n° 1 flacone x 2 L


USO CONSIGLIATO

Soluzione detergente per la pulizia e la manutenzione dei sistemi analitici OC Sensor Eiken

MODO D'IMPIEGO

Attenersi alle istruzioni riportate sul manuale di utilizzo dello strumento

PRINCIPIO DEL METODO



INFORMAZIONI SUL REAGENTE

Soluzione Detergente			
Componente	Concentrazione	U.M.	
Sodio Ipoclorito	5	%	

Conservazione

Conservare a 15° - 30° C evitando l'esposizione alla luce diretta.

Stabilità

Il reagente se conservato ad una temperatura tra +15° C e +30° C, è stabile sino alla data di scadenza descritta sull'etichetta esterna del contenitore. Una volta aperto il prodotto è stabile 60 giorni.

Precauzioni ed avvertenze

Il reagente risulta dannoso e deve essere utilizzato con cautela. Consultare la relativa Scheda di Sicurezza per le frasi relative ai rischi e alle misure di sicurezza

Identificazione del pericolo: - Corrosione

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciare la pelle/fare una doccia.

305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P321 Trattamento specifico

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Oltre alle eventuali indicazioni di rischio relative a componenti attivi, i reagenti possono contenere componenti non attivi quali conservanti e detergenti. La concentrazione totale di tali componenti è inferiore ai limiti riportati nel Regolamento 1272/2008 CE e successive modifiche / integrazioni. Si raccomanda comunque di manipolare il reagente secondo le norme di buona pratica di Laboratorio e fare uso degli adeguati dispositivi di protezione individuale.

Segnalazione di Incidenti Gravi

Si prega di notificare al Fabbricante (tramite il proprio distributore) e all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea in cui l'utilizzatore o il paziente sono stabiliti, qualsiasi incidente grave che si è verificato in relazione a questo dispositivo. Segnalando incidenti gravi si forniscono informazioni che possono contribuire alla sicurezza dei dispositivi medici in vitro

Smaltimento

Lo smaltimento deve avvenire in accordo con le disposizioni comunitarie in materia di rifiuti o con le disposizioni nazionali o regionali vigenti

Simboli utilizzati in IFU e Packaging	
Dispositivo medico diagnostico in vitro	Fabbricante
Numero di catalogo	Istruzioni per l'uso
Numero del lotto	Temperatura di conservazione
Data di scadenza	

ORDERING INFORMATION

Format	Code	Composition
Kit 1 x 2000 mL	[REF] FOB760659	n° 1 bottle x 2 L


INTENDED USE

Detergent solution for cleaning and maintenance of analytical systems OC Sensor Eiken

INSTRUCTIONS FOR USE

Follow the instruction manual of the instrument.

PRINCIPLE OF METHOD



INFORMATION ON REAGENT

Detergent Solution			
Component	Concentration	U.M.	
Sodium Hypochlorite	5	%	

Storage

Store at 15 – 30° C avoiding direct exposure to light.

Stability

The reagent, if stored at a temperature of 15 – 30° C is stable until the expiry date printed on the external label. The stability of the product, once opened, is 60 days.

Precautions and Warnings

Reagent is harmful and must be used with caution. Refer to the appropriate Material Safety Data Sheet for the risk phrases and safety measures

Identification of Risks: - Danger

H314 Causes severe skin burns and eye damage.

H290 May be corrosive to metals

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects

EUH031 Contact with acids liberates toxic gas

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.

P321 Specific treatment

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/ regional/ national/ international regulations.

In addition to any risk indications related to the active components, reagents may contain inactive components such as preservatives and detergents. The total concentrations of these components are lower than the limit reported in the EC Regulation 272/2008 and subsequent amendments and additions. However, it is recommended to handle reagents according to the standards of good laboratory practice and adopt all adequate protective measures.

Declaration of Serious incident

Please notify to the manufacturer (through your distributor) and the competent authority of the Member state of the European union in which the user or patient are established, any serious incident that as occurred in relation of this device. By reporting serious incidents, you provide information that can contribute to the safety of in vitro medical devices

Disposal

Disposal should be in accordance with the provisions of Community waste legislation or with any national or regional standards.

Symbols used in IFU and Packaging	
In vitro diagnostic medical device vitro	Manufacturer
Catalogue Number	Instruction for use
Lot Number	Temperature limitation
Expiration date	

REVISION	DATE	CHANGE
Rev.B	02/2023	Change for symbols update as per Reg. 1272/2008

